

## 報告遅延のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目の試薬販売会社より、キャリブレーターの設定濃度が出荷規格を満たしていないことが確認されたため、試薬納品が遅れるとの連絡が入りました。その間、やむを得ず報告遅延の対応とさせていただきます。

先生方にはたいへんご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■ 報告遅延発生日 2022年6月29日(水) ご依頼分より

※現在使用中の Lot の使用期限と在庫量により、以下の条件の場合は次回試薬納品後の測定となります。

- ・6月23日(木)～6月25日(土) ご依頼分の再々検
- ・6月27日(月)～6月28日(火) ご依頼分の再検

#### ■ 対象項目

項目コード	検査項目	備考
3794 7	1, 25-(OH) <sub>2</sub> ビタミンD	代替項目はございません

※検体は通常通り受託いたします。

※検査の再開につきましては、別途ご案内いたします。

現時点では、2022年7月7日(木)頃に試薬納品予定との連絡が入っております。