

血液培養ボトル「BD バクテック™ 血液培養ボトル」 メーカー出荷調整に伴う対応のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目で使用する血液培養ボトル「BD バクテック™ 血液培養ボトル」におきまして、容器販売会社の日本ベクトン・ディッキンソン株式会社より、製造上の問題により、製造と出荷が通常時の50%程度に制限されるとの案内がございましたので、今後の対応につきましてご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 出荷調整 2024年7月5日(金)より

※出荷調整の解除時期につきましては、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社からの報告待ちの状況です。情報が入り次第、改めてご案内させていただきます。

■ 対象容器

- 血液培養ボトル（嫌気用）（容器記号m1）
- 血液培養ボトル（好気用）（容器記号q1）

■ 対象項目

項目コード	検査項目
5001295	塗抹鏡検（血液・穿刺液）
5000596	培養同定（血液・穿刺液）
5001896	嫌気性培養（血液・穿刺液）
50029A1	感受性検査（血液・穿刺液）

※対象容器以外を用いて、対象項目の検査を実施することは出来ません。

※学会（一般社団法人日本臨床微生物学会、一般社団法人日本感染症学会）から本件に関する対応指針が出ておりますので内容をご確認ください。

※弊社の在庫状況により、ご希望数をご準備することが出来ない可能性があります。